



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний ИД 65/2

Материал: Песок

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Сухой, твердость 7 единиц по Моосу, насыпная плотность 1900 кг/м³, плотность 2650 кг/м³;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Частицы неправильной формы крупностью менее 3 мм;

1.3 Поставленная задача: Измельчить материал до крупности менее 0,05 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Истиратель дисковый ИД 65



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Измельчение песка на Истирателе дисковом ИД 65

2.1.1 Вес пробы: 50 гр;

2.1.2 Время измельчения: 1,5 мин;

2.1.3 Производительность: 2 кг/час;

2.1.4 Результат:




Рис.3. Материал до дробления

Рис.4. Готовый продукт

.Раздел 3. Результат испытаний.

