



**ВИБРОТЕХНИК**

Авангард российского оборудования  
для точного измельчения

ОСНОВАН В  
**1992**

## КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ

Комплект предназначен для подготовки проб для физических испытаний и химического анализа в соответствии с отраслевыми стандартами и **ГОСТ 10742-71, 11303-75, 16799-79, 23083-78, 5396-77, 20330-91, 52911-2008, 53356-2009, ИСО 15585-2009.**

Молотковая  
дробилка **МД 5х2**



### ДРОБЛЕНИЕ

Молотковая дробилка <b>МД 5х2</b>	Исходная крупность, не более	100 мм
	Крупность частиц продукта	2 мм

Щековая дробилка  
**ЩД 6М**



Щековая дробилка <b>ЩД 6М</b>	Исходная крупность, не более	50 мм
	Крупность частиц продукта	2 мм

Щековая дробилка <b>ЩД 10М</b>	Исходная крупность, не более	70 мм
	Крупность частиц продукта	3 мм

Щековая дробилка <b>ЩД 15М</b>	Исходная крупность, не более	110 мм
	Крупность частиц продукта	1 мм

Дробилка  
конусная **ВКМД 6**



Дробилка конусная <b>ВКМД 6</b>	Исходная крупность, не более	5 мм
	Крупность частиц продукта	0,15 мм

Дробилка конусная <b>ВКМД 10</b>	Исходная крупность, не более	10 мм
	Крупность частиц продукта	0,15 мм



Истиратель  
вибрационный  
**ИВ 6**



Истиратель  
дисковый **ИД 175М**



Сита  
лабораторные



Анализатор  
**А 20** на базе  
**ВПС**

## ▲ ИСТИРАНИЕ

Истиратели вибрационные	<b>ИВ 1</b>	<b>ИВ3</b>	<b>ИВ 6</b>
Количество чаш	1 шт.	3 шт.	6 шт.
Объем загрузки одной чаши	20 - 50 см <sup>3</sup>	20 - 50 см <sup>3</sup>	1 - 5 см <sup>3</sup>
Исходная крупность, не более	3 мм	3 мм	2 мм
Крупность частиц продукта	0,04 мм	0,04 мм	0,04 мм

Истиратели дисковые	<b>ИД 65</b>	<b>ИД 175М</b>	<b>ИД 200</b>	<b>ИД 250</b>
Диаметр дисков	65 мм	175 мм	200 мм	250 мм
Исходная крупность, не более	5 мм	10 мм	15 мм	15 мм
Крупность частиц продукта	0,05 мм	0,071 мм	0,071 мм	0,071 мм

## ▲ РАССЕВ

Сита <b>С 20/38,</b> <b>С 20/50,</b> <b>С 20/100,</b> <b>С 30/50,</b> <b>С 30/100,</b> <b>С 50/70</b>	Диаметр сит	200, 300, 500 мм
	Высота обечайки	38, 50, 70, 100 мм
	Материал сетки	нержавеющая сталь, латунь, бронза или полиамид

Ситовые анализаторы <b>А 20, А 30, А 50</b>	Количество получаемых фракций	<b>А 20, А 50</b>	<b>А 30</b>
		до 9	до 13

Качество оборудования компании «ВИБРОТЕХНИК» оценили свыше 10000 клиентов из 25 стран мира. Среди них более 300 предприятий, занимающихся геологоразведкой и добычей полезных ископаемых:

- ОАО «Алтай-Кокс»
- ОАО «Амургеология»
- ООО «Амур Минералс»
- ОАО «Высочайший»
- ООО «Геоинжиниринг»
- ООО «Геокомп»
- ОА «Инспекторат Р»
- ОАО «Иргиредмет»
- ОАО «Михайловский ГОК»
- ОАО «ГМК «Норильский никель»
- ЗАО «Режникель»
- АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
- ПАО «Северсталь»
- ЗАО «Сибирская геологическая компания»
- ЗАО «Стальинвест»
- ОАО «Шубарколь комир» и многие другие